

Totes les mostres s'enviaran al laboratori **perfectament envasades, identificades i embolcallades.**

Adjuntar sempre un full **de sol·licitud** d'anàlisis amb la màxima informació possible (client, lot, referència, caducitat, anàlisis sol·licitats...).

Les mostres han d'enviar-se en òptimes condicions de manteniment (**refrigeració, congelació...**) i dur a terme l'enviament el més aviat possible (**24-48h**).

Per a qualsevol altre tipus de mostra no mencionada seguidament, recomanem posar-se en contacte amb el laboratori.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Aliments

- Recomanacions per a la presa de mostres: les mostres es recolliran amb guants per tal d'evitar les contaminacions creuades.
- Es recomana l'ús d'envasos de plàstic estèril o bé l'envàs original (evitar l'enviament d'envasos que presentin vessament o trencament).
- La quantitat mínima recomanada és de 150 - 100 gr.
- Les mostres es mantindran i enviaran refrigerades al laboratori (a la T^a que indica la etiqueta del producte).

Control de manipuladors

- Recomanacions per a la presa de mostres: obrir el tub estèril i humidificar la torunda amb el diluent. Passar el swab per sobre el palmell de la mà. Rentar la torunda en el diluent i treure el líquid sobrant, premer damunt les parets del tub. Passar-la entre els dits, repetir la neteja de l'hisop i passar-lo per les ungles (en el cas de l'absència de guants). Posteriorment introduir l'hisop en el tub amb la solució salina i trencar el bastonet deixant caure la porció de cotó dins del tub del diluent, tancar el tub.
- Les mostres es mantindran i s'enviaran refrigerades al laboratori.

Estudi de superfícies

- Recomanacions per a la presa de mostres: obrir el laminocultiu y pressionar sobre la superfície a estudiar aplicant una petita pressió uniforme per les dues cares del laminocultiu.
- Introduir el laminocultiu en el seu contenidor.
- Les mostres es mantindran i enviaran refrigerades al laboratori.

Estudi ambiental

- Recomanacions per a la presa de mostres : deixar oberta una placa de Petri en l'àrea de treball durant 10 min. Passat aquest temps tancar la placa.
- Les mostres es mantindran i enviaran refrigerades al laboratori.

ANALISIS D' AIGÜES

Aigües

- Recomanacions per a la presa de mostres: las mostres es recolliran amb guants d'un sol ús evitant qualsevol tipus de contaminació, es desinfectarà la sortida amb alcohol i es desestimaran els primers mil·lilitres d'aigua.
- Es recomana l'ús d'envasos estancs i estèrils.
- Quantitat mínima recomanada 1000ml. (en cas de sol·licitar aïllament de *Salmonella spp* es recomana enviar un mínim de 5000ml).
- Les mostres es mantindran i enviaran refrigerades al laboratori.